


Notice Inviting Quotations

Sealed quotations are invited from the Local reputed firm/original manufactures/authorized dealers of Medical/General Supplier on or before dated 03/01/2023 up to 11.30 AM for the following items. Quotations will be opened on the same day as on 12.30 PM. **In case last date is declared as holiday by the Govt the quotations will be opened on the next working day.**

S.no	Item Name	Parameters	Values
1	Behind the Ear (BTE) hearing Aid	MAXIMUM OSPL 90	105 db-135 db
		HF AVG FULL ON GAIN	TYPE I : 40 Db (min), TYPE II : 45 dB (min), TYPE III : 50 dB (min)
		NO OF CHANNELS/BANDS	FOUR/EIGHT
		FREQUENCY RANGE	200 Hz to 4500 Hz for OSPL of 105 dB to 115 dB 200 Hz to 4000 Hz for OSPL of 115 dB to 135 dB
		TOTAL HARMONIC DISTORTION	Should not exceed 7% @ 500, 800 & 1600 Hz at RTG position
		Battery Current	< 10 mA
		Equivalent I/P Noise Levels	< 30 dB SPL
		PROGRAMS	2 (min)
		DYNAMIC CHARACTERISTICS OF AGC	(+/- 5 ms or +/- 50 % of the values specified by the manufacturer
		TELECOIL	75 dB (min)
		WARRANTY PERIOD	2 years

- 1 ਕੁਟੋਸ਼ਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਟਾਈਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਥ ਲਿਖਤੀ ਕੁਟੋਸ਼ਨਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਟੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਬਿਨਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- 2 ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਟੋਸ਼ਨ/ਕੁਟੋਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- 3 ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ Arbitration Act ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ Sole Arbitrator ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
- 4 ਫਰਮ ਕੋਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਲ. ਨੰਬਰ (Wherever applicable) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- 5 ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਇੰਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- 6 ਇਹਨਾਂ ਕੁਟੋਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- 7 ਉਕਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੁਟੋਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਖਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਲ ਬੰਦ ਡੰਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ।

ਨੋਟ:- ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਟੋਸ਼ਨ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ 26/12/22
ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ